

**UREĐAJ**

Magnetska mješalica

**PROIZVOĐAČ I MODEL**

HANNA Instruments, Speedsafe, HI 180

**METODA**

Miješanje različitih tekućih uzoraka.

**NAMJENA**

Miješanje tekućih uzoraka do 1 L, do maksimalno 1000 rpm.

**TEHNIČKE ZNAČAJKE**

Maksimalan kapacitet miješanja 1 L, raspon brzine 100 rpm do 1000 rpm, 137 mm x 51 mm, 640 g.

**VRSTE UZORAKA**

Tekući uzorci.