



APARAT:

Čitač mikrotitarskih pločica (Microplate Readers)

PROIZVOĐAČ I MODEL:

GDV, Microplate Readers DV 990 BV 4/6

Kratki opis metode:

Uzorak se stavlja u uređaj i očitava se apsorbancija

Namjena:

Očitavanje apsorbancije

Tehničke značajke:

Mjerenje od 0.00 do 3.0 A (jedinice apsorbancije), zagrije se za 45 sek., standardne valne duljine: 405, 450, 492 i 630 nm, komora prihvaća standardne mikrotitarske pločice od 96 jažica (okruglog ili ravnog dna), kao i pločice u stripovima (8x12), brzina: očitava, izračunava i printa rezultate 1 pločicu u 2 minute, 220-240 VAC, 50-60 Hz, 50 W, očitava: apsorbanciju

Tip i priprava uzorka:

Biološki uzorak, tekući do 250 μ l